

周南市各浄化センター窒素・りん自動測定機試薬仕様書

本仕様書は、周南市上下水道局の各浄化センターの窒素・りん自動測定機試薬納品に適用するものとする。

・機種名：TPNA-500 (株)堀場アドバンステクノ製

- 品名 窒素・りん自動測定機試薬
- 納入場所 徳山中央浄化センター 周南市晴海町3番1号
徳山東部浄化センター 周南市鼓海三丁目118番22
新南陽浄化センター 周南市港町8番1号
鹿野浄化センター 周南市大字鹿野下1321-1番地
※新南陽北部浄化センター分については、新南陽浄化センターへ納入
- 概要 窒素・りん自動測定機試薬の納入を行う。
- 内容

(1) 窒素・りん自動測定機試薬の仕様

(株)堀場アドバンステクノの指定する専用試薬及び専用容器とする。

※同等品は不可

| 試薬の種類 | | 容量 |
|-------|--|--------|
| 試薬P1 | ペルオキシ二硫酸カリウム・硫酸溶液 | 700ml |
| 試薬P2 | L(+)-アスコルビン酸溶液 | 250ml |
| 試薬P3 | 七モリブデン酸六アンモニウム・酒石酸アンチモニルカリウム溶液 | 700ml |
| 試薬N1 | ペルオキシ二硫酸カリウム・水酸化ナトリウム溶液 | 700ml |
| 試薬N2 | 塩酸溶液 | 700ml |
| スパン液 | 硝酸カリウム・りん酸二水素カリウム TN : 50 mg/L TP : 10 mg/L | 1000ml |

(2) 購入予定回数（徳山中央浄化センターは9月末まで）

| 施設名 | 購入予定回数 |
|-------------|--------|
| 徳山中央浄化センター | 3回 |
| 徳山東部浄化センター | 6回 |
| 新南陽浄化センター | 6回 |
| 新南陽北部浄化センター | 6回 |
| 鹿野浄化センター | 6回 |
| 年間総購入見込み回数 | 27回 |

5. 契約方法 1回あたりの単価契約

6. 契約期間 契約日から令和7年3月31日まで

7. 支払方法 支払いは納入完了毎とする。

8. その他

(1) SDS（安全データシート）を1部提出すること

(2) 契約書、本仕様書に定めてない事項については、発注者受注者双方が協議して定めるものとする。