

周南市各浄化センター窒素・りん自動測定機試薬仕様書

本仕様書は、周南市上下水道局の各浄化センターの窒素・りん自動測定機試薬納品に適用するものとする。

・機種名：TPNA-500 (株)堀場アドバンステクノ製

1. 品名 窒素・りん自動測定機試薬

2. 納入場所

徳山東部浄化センター 周南市鼓海三丁目 118 番 22

新南陽浄化センター 周南市港町 8 番 1 号

鹿野浄化センター 周南市大字鹿野下 1321-1 番地

※新南陽北部浄化センター分については、新南陽浄化センターへ納入

3. 概要 窒素・りん自動測定機試薬の納入を行う。

4. 内容

(1) 窒素・りん自動測定機試薬の仕様

(株)堀場アドバンステクノの指定する専用試薬及び専用容器とする。

※同等品は不可

| 試薬の種類 | | 容量 |
|--------|---|--------|
| 試薬 P 1 | ペルオキシ二硫酸カリウム・硫酸溶液 | 700ml |
| 試薬 P 2 | L (+) -アスコルビン酸溶液 | 250ml |
| 試薬 P 3 | 七モリブデン酸六アンモニウム・酒石酸 アンチモニルカリウム溶液・二ナトリウ ム=2, 3-ジヒドロキシスクシナート | 700ml |
| 試薬 N 1 | ペルオキシ二硫酸カリウム・水酸化 ナトリウム溶液 | 700ml |
| 試薬 N 2 | 塩酸溶液 | 700ml |
| スパン液 | 硝酸カリウム・りん酸二水素カリウム TN : 50 mg/L TP : 10 mg/L | 1000ml |

(2) 購入予定回数

| 施設名 | 購入予定回数 |
|-------------|--------|
| 徳山東部浄化センター | 6回 |
| 新南陽浄化センター | 6回 |
| 新南陽北部浄化センター | 6回 |
| 鹿野浄化センター | 6回 |
| 年間総購入見込み回数 | 24回 |

5. 契約方法 1回あたりの単価契約

6. 契約期間 契約日から令和9年3月31日まで

7. 支払方法 支払いは納入完了毎とする。

8. その他

(1) SDS (安全データシート) を1部提出すること

(2) 契約書、本仕様書に定めてない事項については、発注者受注者双方が協議して定めるものとする。